


 <p>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com</p>	PEMERIKSAAN CT-SCAN TIGA DIMENSI		
	No. Dokumen: P/SPO/03/062	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	<p>Tanggal Terbit: 16 Januari 2017</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006</p>		

Pengertian	Pemeriksaan CT-Scan tiga dimensi adalah pemeriksaan organ tubuh menggunakan peralatan CT-Scan yang dilengkapi dengan software tiga dimensi untuk menghasilkan gambar radiografi dengan tampilan tiga dimensi.
Tujuan	Untuk memperlihatkan gambaran anatomi dan kelainan organ tubuh secara tiga dimensi.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pelayanan di Instalasi Radiologi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemeriksaan CT-Scan Tiga dimensi adalah radiografer bersama dokter spesialis radiologi 2. Pemeriksaan dilakukan di dalam ruang CT-Scan. 3. Pemeriksaan dilakukan bila ada permintaan dari dokter. 4. Pemeriksaan CT-Scan Tiga dimensi dilakukan menggunakan peralatan CT Scan yang dilengkapi dengan software tiga dimensi dan printer. 5. Langkah-langkah : <ul style="list-style-type: none"> - Siapkan alat dan bahan. - Panggil pasien. - Lakukan registrasi dan pilih protokol pemeriksaan, dengan mengklik "CT-Tiga dimensi". - Posisikan pasien terlentang dimeja pemeriksaan CT-scan. - Posisikan obyek (organ) yang akan diperiksa dengan garis lampu warna merah yang menyilang berada 2 cm di atasnya, sedang

 <p>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com</p>	PEMERIKSAAN CT-SCAN TIGA DIMENSI		
	No. Dokumen: P/SPO/03/062	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur, dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

	<p>garis lampu merah yang membujur sejajar dengan garis tengah organ pasien.</p> <ul style="list-style-type: none"> - sarankan pasien agar tidak bergerak selama pemeriksaan CT-Scan. - Buat topogram. - Lakukan scanning dengan klik tombol “<i>move to scan</i>” lalu klik tombol “<i>start scan</i>”. - Tunggu proses scanning selesai. - Persilahkan pasien menunggu hasil pemeriksaan. - Lakukan pengolahan gambar secara tiga dimensi. - Berikan ekspertise oleh dokter spesialis radiologi. - Serahkan hasil pemeriksaan sesuai prosedur.
Unit Terkait	Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat.