

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	MEMATIKAN ALAT KOAGULASI ANALYZER		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
	P/SPO/02/068	00	1 / 1
	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
	16 Januari 2017		

PENGERTIAN	Mematikan alat Koagulasi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu hari untuk memelihara alat Koagulasi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis) .
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Koagulasi Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Kembali ke (Main Menu) 2. Tekan tombol (Off). 3. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	