


 <p><b>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun</b> Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 <a href="http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id">http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id</a> email : rsudpbun@gmail.com</p>	<b>MEMBERSIHKAN BAGIAN LUAR MEDONIC HEMATOLOGI ANALYZER</b>		
	No. Dokumen : P/SPO/02/070	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit :  16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

<b>PENGERTIAN</b>	Membersihkan bagian luar alat Medonic Hematologi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu hari untuk memelihara alat Medonic Hematologi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium ( Analisis ) .
<b>TUJUAN</b>	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Medonic Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium
<b>KEBIJAKAN</b>	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersihkan bagian luar alat dengan kain bersih.</li> <li>2. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.</li> </ol>
<b>UNIT TERKAIT</b>	