RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun **Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun** **Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581** http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id **email : rsudpbun@gmail.com**	**PEMERIKSAAN CT-SCAN TUNGKAI BAWAH TANPA KONTRAS**		
	No. Dokumen: P/SPO/03/070	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur, dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

Pengertian	Pemeriksaan CT-Scan tungkai bawah tanpa kontras adalah pemeriksaan tungkai bawah menggunakan peralatan CT-scan tanpa memakai media kontras untuk menghasilkan gambar radiografi.
Tujuan	Untuk memperlihatkan anatomi lengan bawah dan jaringan sekitarnya.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pelayanan di Instalasi Radiologi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	1. Pelaksana pemeriksaan adalah radiografer bersama dokter spesialis radiologi. 2. Pemeriksaan dilakukan di dalam ruang CT-Scan radiologi. 3. Pemeriksaan dilakukan bila ada permintaan dari dokter. 4. Pemeriksaan CT-Scan Tungkai bawah tanpa kontras dilakukan menggunaka peralatan CT Scan dan printer. 5. Langkah-langkah : - Siapkan peralatan, bahan dan berkas yang dibutuhkan. - Panggil pasien. - Lakukan registrasi dan memilih protokol pemeriksaan dengan mengklik "*Tungkai bawah_noncontras"*. - Posisikan pasien tidur terlentang di atas meja pemeriksaan. - Posisikan obyek (tungkai bawah) dimana lampu indikator warna merah yang melintang setinggi 2 cm diatas ankle joint dan yang membujur

<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun
Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581
http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id
email : rsudpbun@gmail.com

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td colspan="3">PEMERIKSAAN CT-SCAN TUNGKAI BAWAH TANPA KONTRAS</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen:

P/SPO/03/070</td><td>No. Revisi :

00</td><td>Halaman :

2/2</td></tr>
<tr><td>Tanggal Terbit:

16 Januari 2017</td><td colspan="2">Ditetapkan
Direktur,

dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
NIP. 19680807 200003 1 006</td></tr>
</table>

	sejajar tubuh. - Minta pasien tidak bergerak dan mengikuti aba-aba selama pemeriksaan. - Buat topogram - Atur range dengan garis awal mulai dari *genu* sampai ankle joint. Tebal irisan 5 mm. - Lakukan scaning dengan mengklik "*confirmasi*" lalu tekan tombol *"move to scan"* lanjut tekan tombol *"start scan".* - Tunggu proses scaning. - Mempersilahkan pasien menunggu hasil pemeriksaan. - Melakukan pengolahan dan rekontruksi gambar sesuai kebutuhan diagnosa. - Melakukan ekspertise oleh dokter spesialis radiologi. - Menyerahkan hasil pemeriksaan CT-Scan sesuai prosedur.
Unit Terkait	Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, IPSRS.