



 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssl.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PEMERIKSAAN CT-SCAN TUNGKAI ATAS TANPA KONTRAS		
	No. Dokumen: P/SPO/03/068	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

Pengertian	Pemeriksaan CT-Scan tungkai atas tanpa kontras adalah pemeriksaan tungkai atas menggunakan peralatan CT-scan tanpa memakai media kontras untuk menghasilkan gambar radiografi.
Tujuan	Untuk memperlihatkan anatomi tungkai atas dan jaringan sekitarnya.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pelayanan di Instalasi Radiologi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	1. Pelaksana pemeriksaan adalah radiografer bersama dokter spesialis radiologi. 2. Pemeriksaan dilakukan di dalam ruang CT-Scan radiologi. 3. Pemeriksaan dilakukan bila ada permintaan dari dokter. 4. Pemeriksaan CT-Scan Tungkai atas tanpa kontras dilakukan menggunakan peralatan CT Scan dan printer. 5. Langkah-langkah : - Menyiapkan peralatan, bahan dan berkas yang dibutuhkan. - Memanggil pasien. - Melakukan registrasi dan memilih protokol pemeriksaan dengan mengklik "<i>Tungkai atas_noncontras</i>". - Memposisikan pasien tidur terlentang di atas meja pemeriksaan. - Memposisikan obyek (tungkai atas) dimana lampu indikator warna merah yang melintang setinggi 2 cm diatas knee joint dan yang membujur sejajar tubuh.

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssl.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PEMERIKSAAN CT-SCAN TUNGKAI ATAS TANPA KONTRAS		
	No. Dokumen: P/SPO/03/068	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2
	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

	- Meminta pasien tidak bergerak dan mengikuti aba-aba selama pemeriksaan. - Membuat topogram - Mengatur range dengan garis awal mulai dari genu sampai caput femoralis. Tebal irisan 5 mm. - Lakukan scanning dengan mengklik “<i>konfirmasi</i>” kemudian menekan tombol “<i>move to scan</i>” lanjut menekan tombol “<i>start scan</i>”. - Menunggu proses scanning. - Lakukan test injektor - Masukkan media kontras - Lakukan scanning dengan mengklik “<i>konfirmasi</i>” kemudian menekan tombol “<i>move to scan</i>” lanjut menekan tombol “<i>start scan</i>”. - Mempersilahkan pasien menunggu hasil pemeriksaan. - Melakukan pengolahan dan rekontruksi gambar sesuai kebutuhan diagnosa. - Melakukan ekspertise oleh dokter spesialis radiologi. - Menyerahkan hasil pemeriksaan CT-Scan sesuai prosedur.
Unit Terkait	Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat.