

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
|  <p>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com</p> | MEMBERSIHKAN PERMUKAAN ALAT SYSMEX KX-21 HEMATOLOGI ANALYZER | | |
| | No. Dokumen : P/SPO/02/073 | No. Revisi : 00 | Halaman : 1 / 1 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal Terbit : 16 Januari 2017 | Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006 | |

| | |
|---------------------|---|
| PENGERTIAN | Membersihkan bagian luar alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu hari untuk memelihara alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis). |
| TUJUAN | Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium |
| KEBIJAKAN | Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bersihkan kotoran yang menempel pada permukaan alat dengan kain yang bersih. 2. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist. |
| UNIT TERKAIT | |