

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rsi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	MELEPAS PERISTALTIC TUBING FOTOMETER SEMI-AUTOMATIC		
	No. Dokumen : P/SPO/02/012	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Melepas peristaltic tubing Fotometer Semi-Automatic dilakukan apabila alat Fotometer Semi-Automatic akan dimatikan, untuk memelihara alat Fotometer Semi-Automatic dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Fotometer Semi-Automatic bagi petugas laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Lepaskan peristaltic tubing dari peristaltic pump. 2. Tekan power (Off). 3. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	