


 <p>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com</p>	PEMERIKSAAN CT-SCAN LENGAN BAWAH TANPA KONTRAS		
	No. Dokumen: P/SPO/03/066	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

Pengertian	Pemeriksaan CT-Scan lengan bawah tanpa kontras adalah pemeriksaan lengan bawah menggunakan peralatan CT-scan tanpa memakai media kontras untuk menghasilkan gambar radiografi.
Tujuan	Untuk memperlihatkan anatomi lengan bawah dan jaringan sekitarnya.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pelayanan di Instalasi Radiologi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pemeriksaan adalah radiografer bersama dokter spesialis radiologi. 2. Pemeriksaan dilakukan di dalam ruang CT-Scan radiologi. 3. Pemeriksaan dilakukan bila ada permintaan dari dokter. 4. Pemeriksaan CT-Scan Lengan bawah tanpa kontras dilakukan menggunakan peralatan CT Scan dan printer. 5. Langkah-langkah : <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan peralatan, bahan dan berkas yang dibutuhkan. - Memanggil pasien. - Melakukan registrasi dan memilih protokol pemeriksaan dengan mengklik "<i>Lengan bawah_noncontras</i>". - Memposisikan pasien tidur terlentang di atas meja pemeriksaan. - Memposisikan obyek (lengan bawah) dimana

 <p>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com</p>	PEMERIKSAAN CT-SCAN LENGAN BAWAH TANPA KONTRAS		
	No. Dokumen: P/SPO/03/066	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur, dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

	<p>lampu indikator warna merah yang melintang setinggi 2 cm diatas wrist joint dan yang membujur sejajar tubuh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meminta pasien tidak bergerak dan mengikuti aba-aba selama pemeriksaan. - Membuat topogram - Mengatur range dengan garis awal mulai dari <i>wrist joint</i> sampai elbow joint. Tebal irisan 5 mm. - Melakukan scanning dengan mengklik “<i>konfirmasi</i>” lanjut klik “<i>move to scan</i>” kemudian “<i>start scan</i>”. - Menunggu proses scanning. - Mempersilahkan pasien menunggu hasil pemeriksaan. - Melakukan pengolahan dan rekontruksi gambar sesuai kebutuhan diagnosa. - Melakukan ekspertise oleh dokter spesialis radiologi. - Menyerahkan hasil pemeriksaan CT-Scan sesuai prosedur.
Unit Terkait	Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, IPSRS.